

REALQUALITY RQ-CMV STANDARD



Standard quantificati pronti all'uso per la quantificazione di *Citomegalovirus* (CMV),
 da utilizzare su piattaforme automatiche **GENEQUALITY**

Cod. RQ-10-SA

Descrizione	<p>Lo standard quantificato REALQUALITY RQ-CMV STANDARD è da utilizzarsi esclusivamente in associazione al kit REALQUALITY RQ-CMV cod. RQ-09, qualora si intenda allestire una seduta analitica di tipo quantitativo su piattaforme automatiche GENEQUALITY.</p> <p>Lo standard è costituito da frammenti di DNA contenenti la regione genica d'interesse e non costituisce pertanto alcun pericolo per l'operatore.</p>
Stato dei reagenti	Pronti all'uso
Confezionamento	<p>4 x 210 µL</p> <p>Vengono forniti 4 punti di calibrazione, ciascuno subaliquotato in 3 x 70 µL, in quantità sufficiente per allestire fino a 9 curve standard.</p>
Stabilità	<p>12 mesi</p> <p>Ciascuna aliquota dello standard può subire un numero massimo di 3 cicli di congelamento e scongelamento: ulteriori cicli compromettono la stabilità del prodotto e ne possono alterare la concentrazione.</p> <p>Gli standard non possono essere utilizzati per più di 3 sedute analitiche.</p>
Conservazione	<p>-30°C/-20°C</p> <p>Si raccomanda di congelare lo standard dopo ciascun utilizzo.</p>
Concentrazione	<p>STANDARD 1: 20 copie genoma virale/µL</p> <p>STANDARD 2: 200 copie genoma virale/µL</p> <p>STANDARD 3: 2.000 copie genoma virale/µL</p> <p>STANDARD 4: 20.000 copie genoma virale/µL</p>
Istruzioni per l'uso	<p>Per ottenere una curva standard nel <i>range</i> 10²-10⁵ copie di DNA, utilizzare 5 µL a reazione di ciascuno standard, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nel manuale d'uso del kit REALQUALITY RQ-CMV cod. RQ-09.</p> <p>Si raccomanda di vortexare e centrifugare ciascuna <i>vial</i> prima dell'uso.</p>

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Cod.	Prodotto	Formato
RQ-10-SA	REALQUALITY RQ-CMV STANDARD	4 x 210 µL
abbinato al prodotto:		
RQ-09-4A	REALQUALITY RQ-CMV	50 reazioni
RQ-09-6A		100 reazioni